

Ogłoszenie zamówienia na aparaturę i sprzęt medyczny dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

1. Zamawiający

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Mikołaja Reja 2a

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP 749-15-51- 479

2. Podstawa prawna

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zmianami)

3. Przedmiot zamówienia

- 1. Rejestrator holterowski EKG BI6600-7D 2 szt.**
Czas nagrywania 1-7 dni, 3 kanałowy, łatwy w obsłudze i programowaniu, zapis bez kompresji wysokiej jakości , przechowywany na karcie SD, wygodny w noszeniu przez pacjenta,
na wyposażeniu:
 - rejestrator ekg
 - kabel EKG – 3 kanałowy (5cio przewodowy),
 - karta SD,
 - pokrowiec na rejestrator,
 - pasek biodrowy i naramienny,
 - walizeczka do przechowywania,
 - instrukcja obsługi w j. polskim.

- 2. Holter ciśnieniowy EC-ABP -technologia firmy Suntech 2 szt.**
 - czas monitorowania do 48 godzin, pomiar ciśnienia metodą osylometryczną i postępującą deflacją, pomiar próbkowania ciśnienia tętniczego krwi 15-260mmHg, dokładność pomiaru ± 3 mmHg, interwały czasowe: 10, 15, 30, 45, 60, 90 minut, pomiar na żądanie, pamięć na 250 pomiarów, komunikacja z PC: USB.
 - na wyposażeniu:
 - rejestrator ciśnienia,
 - mankiety do pomiaru ciśnienia: 25-35cm – 2 szt. 33-47cm – 2 szt.
46-66cm - 1szt.
 - pokrowiec

3. Oprogramowanie holterowskie EcgLab

1 szt.

Główne cechy oprogramowania:

- baza danych pacjentów,
- tworzenie kart pacjentów przed badaniem (m.in. nazwisko, ID, wiek, płeć, adres),
- identyfikacja poprzez programowanie rejestratorów przed badaniem – nazwisko i ID pacjenta,
- możliwość bezprzewodowej komunikacji Bluetooth - programowanie, podgląd EKG, uruchamianie badania,
- oprogramowanie w j. polskim,
- edycja i tworzenie własnego panelu zakładek z kolejnymi krokami analizy zapisu,
- analiza prospektywna i retrospektywna,
- analiza zapisów wielodniowych,
- wielokanałowa automatyczna analiza i klasyfikacja zaburzeń rytmu,
- automatyczna i ręczna reklasyfikacja pobudzenia lub grupy pobudzeń,
- usuwanie i dodawanie pobudzeń,
- analiza w oparciu o tworzenie klas wzorców pobudzeni,
- automatyczne wyszukiwanie podobnych pobudzeń w obrębie danej klasy,
- możliwość pominięcia wykrywania pobudzeń na początku i końcu badania oraz wykluczanie z analizy innych zakłóconych fragmentów,
- analiza ST, obniżenie/uniesienie, wszystkich lub wybranych,
- detekcja i analiza skuteczności pracy rozrusznika serca,
- analiza częstości rytmu serca HR,
- wykrywanie i analiza migotania przedsionków,
- przegląd i wydruk markerów pacjenta,
- wybór i edycja fragmentów zapisu EKG (wstęp) do raportu,
- edycja zawartości raportu,
- tworzenie własnych szablonów opisów raportów,
- edycja zdań diagnostycznych,
- zapis wielu szablonów,
- analiza QT,
- analiza HRV (w dziedzinie czasu i częstotliwości),
- analiza HRT (Heart Rate Turbulence),
- analiza bezdechu sennego.

4. Wymagania zamawiającego:

- oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
- zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych,
- oferta powinna zawierać:
 - ✓ dane oferenta,
 - ✓ oferowany przedmiot zamówienia,
 - ✓ cenę netto i brutto każdej z oferowanych pozycji zamówienia,
 - ✓ cena powinna obejmować wszystkie koszty: urządzenie, dostawa, szkolenie, uruchomienie,

- ✓ proponowany okres gwarancji,
- ✓ czas realizacji zamówienia.
- oferowany sprzęt powinien posiadać certyfikaty CE, instrukcje w j. polskim oraz być dopuszczony do stosowania w Polsce,
- termin płatności min. 7 dni od dnia dostawy (szkolenia i uruchomienia).

5. Składanie ofert

Oferty można składać w terminie do **8 października 2020r. do godziny 12.00**

w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Mikołaja Reja 2a, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Pok. 403 sekretariat osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną:

sekretariat@womp.opole.pl

Szczegółowych informacji udziela Bożena Wolińska tel. 77 4837732 w 104

bwolinska@womp.opole.pl

Dyrektor WOMP

Lek. med. Helena Kozłowska

